

## HUS DGK Kymenlaakson toiminta-alueella otetaan käyttöön uusi ATK-katkolomake 20.5.2024 alkaen

### Asia

Tietojärjestelmäkatkojen aikana laboratoriotutkimusten tilaukseen käytettävää HUS Diagnostiikkakeskuksen ATK-katkolomake on uudistettu. Kymenlaakson alueella otetaan käyttöön 20.5.2024 alkaen yhteinen lomake Etelä-Karjalan kanssa:  
[https://huslab.fi/ohjekirjan\\_liitteet/lahetteet/atk\\_katkolahetteet/muut\\_sairaalalaboratori\\_ot\\_ja\\_yhteiset\\_lomakkeet/index.html](https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/lahetteet/atk_katkolahetteet/muut_sairaalalaboratori_ot_ja_yhteiset_lomakkeet/index.html)

--> ”ATK-katkolomake Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 20240416”.

Pyydämme ystävällisesti hyödyntämään uuden sähköisen lomakkeen mahdollisuutta täydentää tilaavan yksikön lyhenne ja puhelinnumero ennen lomakkeen tulostamista. Siten yksiköissä olisi valmiina käytettäväksi ATK-katkotilanteisiin oikeilla tiedoilla olevia lomakkeita. Huomioitahan myös, että lomakkeen kummallekin sivulle tulee täydentää tiedot laboratoriopyyntöjä tehdessä.

**KIIRE-merkintä** lomakkeella tarkoittaa, että tutkimuspyyntö priorisoidaan laboratorion prosesseissa. Mikäli tutkimus on pyydetty kiireellisenä ja tulos ylittää/alittaa HUS Diagnostiikkakeskuksen asettamat hälytysrajat, tulos soitetaan ATK-katkon aikana pyytävään yksikköön (ks. Hälytysrajat: <https://huslab.fi/halytysrajat/>). Kriittiset tulokset soitetaan aina lomakkeella ilmoitettuun puhelinnumeroon riippumatta lomakkeen Kiire-merkinnästä (ks. ”Kriittiset diagnostiset tulokset”, HUS Johtajaylilääkärin ohje 2021/08 [https://huslab.fi/ohjekirjan\\_liitteet/kriittiset\\_tulokset.pdf](https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/kriittiset_tulokset.pdf)).

Kun kaikki ATK-katkolomakkeella pyydetty tutkimukset on vastattu lomakkeelle, laboratorio lähettää alkuperäisen lomakkeen pyytävään yksikköön putkipostilla. Jos yksikköön ei ole putkipostiyhteyttä tai putkipostissa on toimintahäiriö, pyytävä yksikkö noutaa itse lomakkeet laboratoriosta.

ATK-katkon päätyttyä lomakkeilla tilattujen tutkimusten vastaukset pyritään tallentamaan potilastietojärjestelmiin viimeistään seuraavana arkipäivänä Kiire-merkityt lomakkeet priorisoiden.

**Huom!** ATK-katkot voivat johtua häiriöstä myös tilaavan yksikön omissa tietojärjestelmissä. Huomioitahan tämän mahdollisuuden tilanteissa, missä esimerkiksi pyynnöt eivät siirry laboratoriotietojärjestelmiin. Näissä tilanteissa tilaavien yksiköiden tulee olla välittömästi yhteydessä 2M-IT:n ongelmanselvittelyn alkamiseksi.

### Allekirjoitukset

Tiina Noronkoski  
Sairaalakemisti, yksikön vastaava  
Kliininen kemia  
HUS DGK Kymenlaakso

puh. 044 223 1404

Eila Alitupa  
Sairaalakemisti  
Kliininen kemia  
HUS DGK Ratamokeskus

puh. 044 223 1207

Eeva-Liisa Paattiniemi  
Vastuuyksikön päällikkö  
Kliininen kemia  
HUS DGK Etelä-Karjala ja  
Kymenlaakso

puh. 040 146 3282