

MRSAVi-tutkimuksen tutkimusrakenne muuttuu 21.11.2023 alkaen

Tutkimus 4358 -MRSAVi -Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus, viljely

Asia Tutkimusrakenteen muutos ja näyteastia.

Johdanto MRSA-viljelyt siirtyvät bakteriologialla viljelyautomaatiolinjastolle ja siinä yhteydessä MRSAVi-tutkimus muuttuu porrastetuksi 21.11.2023 alkaen.

Jatkossa **MRSAVi-tutkimus on seulontatutkimus**, jonka vastausvaihtoehdot ovat:

- 'negat.' tai
- 'ks.jatkovi'

Seulontatuloksia vastataan jatkossa joka päivä, myös viikonloppuisin.

Positiiviseksi epäilyistä näytteestä tehdään **jatkoviljelytutkimus -MRSAJVi** (6732) ilman eri pyyntöä. Jatkoviljelytutkimuksen vastausvaihtoehdot ovat

- MRSA-löydös herkkyystuloksineen tai
- 'negatiivinen', mikäli epäily osoittautuu jatkotutkimuksissa aiheettomaksi

Jatkoviljelytutkimuksia tehdään ja vastataan vain arkisin.

Tutkimusten hinta Tutkimusrakenteen muutoksella ei ole vaikutusta tutkimuksen hintaan.

Näyteastia Viljelyautomaatiolle soveltuva MRSA-viljelyn näyteastia on **eMRSA-nestekuljetusputki** (Z32013).



Yhteyshenkilöt mikrobiologi Eveliina Tarkka, eveliina.tarkka@hus.fi, 050 427 2496 mikrobiologi Tanja Holma, tanja.holma@hus.fi, 040 359 2293

Tiedustelut Bakteriologian laboratorio, 09 471 73283 tai 471 73040

Allekirjoitukset	Eveliina Tarkka Sairaalamikrobiologi	Tanja Holma Sairaalamikrobiologia, prosessin omistaja	Maija Lappalainen Vastuualuejohtaja
	HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia puh. 050 427 2496	HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia puh. 040 359 2293	HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia puh. 040 838 4004