

Kymenlaakson keskussairaalan putkipostin käyttöönotto laboratorio- näytteiden ja verivalmisteiden lähettämässä lähestyy – pakkaus- materiaalien tilaaminen ajankohtaista

Asia

Kymenlaakson keskussairaalan HUS Diagnostiikkakeskuksen laboratoriot ovat aloittaneet putkipostin koekäytön laboratorionäytteiden lähettämässä. Testauksen päätyttyä viimeistelempä laboratorion ohjeistuksen näytteiden pakkaamisesta ja näytteiden sekä verivalmisteiden lähettämässä putkipostilla. Tavoitteenamme on saada ohjeistus ja tätä kautta putkiposti kaikkien käyttöön 15.1.2024 mennessä.

Laboratorio tiedottaa erikseen, kun keskussairaalan hoitoyksiköt voivat aloittaa näytteiden lähettämäss putkipostilla, ja verivalmisteiden toimittaminen putkipostilla käynnistyy.

Hoitoyksiköt voivat varautua lähetysvään putkipostin käyttöönottoon tilaamalla näytteiden lähettämäss tarvittavia pakkausmateriaaleja (ks. Taulukko). **Näytteiden ja verivalmisteiden pakkaaminen ohjeistetaan laboratorion ohjeessa, joka tulee saataville KymenHVA:n laatiman putkipostin käyttöohjeen liitteenä.**

Taulukko: Laboratorionäytteiden pakkausmateriaalit, tilauskoodit ja käyttötarkoitus.

Tuote	Valtin tilauskoodi	Käyttötarkoitus
Putkipostipussi sulkimella	Z2510036	Näyteastioiden pakkaaminen tiiviiseen pussiin, jotta sisältö ei pääse vuotamaan lähetyksapseliin. HUOM! Muita kuin putkipostipusseja ei saa käyttää laboratorionäytteiden pakkaamiseen.
Geelitasku, kirjekuorimalli, Mekalasi Oy	Tilaus suoraan Mekalasilta <ul style="list-style-type: none"> Mekalasin tuotenumero: Tuotenumero: ECM-Y-240T-1 Yhteystiedot: puh. 09 341 72 800 	Kylmänäytteiden, esim. verikaasuruiskujen, lähettäminen geelitaskussa.

Tiedustelut

Kliininen asiantuntija Johanna Niemi: johanna.m.niemi@hus.fi, puh. 040 651 3914 ja sairaalakemisti Tiina Noronkoski: tiina.noronkoski@hus.fi, puh. 044 223 1404

HUS Diagnostiikkakeskus
Kliininen kemia, Kymenlaakso
Kliininen mikrobiologia, Kymenlaakso
Patologia, Kymenlaakso
22.12.2023

Allekirjoitukset

Tuomas Mäntylä
Osastonlääkäri
HUS Diagnostiikkakeskus
Kliininen kemia
Kymenlaakso
puh. 044 269 1560
tuomas.mantyla@hus.fi

Benita Forsblom-Helander
Sairaalamikrobiologi
HUS Diagnostiikkakeskus
Kliininen mikrobiologia
Kymenlaakso
puh. 044 223 1314
benita.forsblom-helander@
hus.fi

Nelli Rinkinen
Osastonylilääkäri
HUS Diagnostiikkakeskus
Patologia
Kymenlaakso
puh. 050 427 0836
nelli.rinkinen@hus.fi

Tiina Noronkoski
Sairaalakemisti,
yksikönvastaava
HUS Diagnostiikkakeskus
Kliininen kemia
Kymenlaakso
puh. 044 223 1404
tiina.noronkoski@hus.fi

Sari Johannala
Osastonhoitaja

HUS Diagnostiikkakeskus
Patologia
Kymenlaakso
puh. 040 489 8593
sari.johannala@hus.fi